

V962 | S9 VPAP S - ResMed®

PARÂMETROS	CPAP	MODOS	INTERVALO
Pressão fixa	●		4 - 20
IPAP		●	4 - 25
EPAP		●	2 - IPAP
Timax		●	0,3 - 4
Timin		●	0,1 - Timax
FR		●	Off / 10
Trigger / Ciclo		●	Muito Alto / Alto / Médio / Baixo / Muito Baixo
Rise Time		●	min/150-900
Tempo de Rampa	●	●	0 - 45
EPAP/Pressão inicial rampa	●	●	4 - EPAP min / Ptratamento
APE	●		On / Off 1, 2, 3
SmartStart	●	●	On / Off

Trigger: Muito alto = Mais sensível / Muito baixo = Pouco sensível.
O uso do equipamento não dispensa a consulta do manual.